

お客様各位

日本ストライカー株式会社

AEDのリチウム含有量について

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、旅客航空機にて弊社AEDを持ち運ばれる際に、手荷物として機内に持込みされる場合やお預けされる場合には、装置などに搭載されたリチウム金属電池は、危険物として航空法等の規則により制限を受けます。弊社にて製造販売しておりますAEDのリチウム含有量などについて下記のとおりご案内いたします。航空機をご利用の際は、事前に各航空会社へお問合せいただきご確認の上ご利用下さい。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

● 製品とリチウム金属電池のリチウム含有量一覧

品名	リチウム電池の種類	リチウム含有量	備考
サマリタン PAD 360P *1	リチウム金属電池	3.48g	付属のパッドパック
サマリタン PAD 350P *2	リチウム金属電池	3.48g	付属のパッドパック
サマリタン PAD 450P *3	リチウム金属電池	3.48g	付属のパッドパック
サマリタン小学生～大人用(成人用)パッドパック *4	リチウム金属電池	3.48g	
サマリタン未就学児用パッドパック *5	リチウム金属電池	3.48g	
ライフパックCR2 *6	リチウム金属電池	6.6g	付属のバッテリー
ライフパックCR2 オートショック*7	リチウム金属電池	6.6g	付属のバッテリー
ライフパックCR2 使い捨てリチウムバッテリー*6*7	リチウム金属電池	6.6g	交換用バッテリー
ライフパックCR Plus *8	リチウム金属電池	0.8g	付属のバッテリー
ライフパックCR Plus 交換用キット *9	リチウム金属電池	0.8g	キット内の交換用バッテリー

※サマリタンのパッドパックは、電極とバッテリーが一体型になった製品となっております。

*1 販売名：サマリタン PAD 360P 医療機器承認番号：30300BZX00190000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

*2 販売名：サマリタン PAD 350P 医療機器承認番号：22800BZI00030000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

*3 販売名：サマリタン PAD 450P 医療機器承認番号：23000BZI00009000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

*4 販売名：パッドパック 03 医療機器届出番号：13B1X10209000902

*5 販売名：未就学児用パッドパック 04 医療機器届出番号：13B1X10209000903

*6 販売名：ライフパックCR2 医療機器承認番号：22900BZI00039000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

*7 販売名：ライフパックCR2 オートショック 医療機器承認番号：30300BZX00353000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

*8 販売名：ライフパックCR Plus 医療機器承認番号：21700BZY00251000 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

*9 販売名：クイックパック電極 医療機器届出番号：13B1X10209000894

● 関係法令

航空法第86条、航空法施行規則第194条第1項

● お問合せ先

航空機への持込みに関するお問合せは、各航空会社へお問合せ下さい。

製品に関するお問合せは弊社営業担当、または以下のコールセンターまでお願い申し上げます。

日本ストライカー株式会社 メディカル事業部 ライフパックお客様センター

0120-715-545 営業時間：平日 午前9時から 午後5時まで（土日祝、休業日を除く）

以上